



## רישיון למעבדת אנליזה

### לפי סעיף 19 לחוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, התשע"א-2011

בתוקף סמכויותיי כמנהלת רישוי אסבסט לפי חוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, התשע"א-2011 (להלן – החוק), הריני נותנת רישיון למעבדת האנליזה, ומתנה את הרישיון בתנאים כלהלן:

#### פרטי מעבדת האנליזה

|                 |                |            |                          |           |
|-----------------|----------------|------------|--------------------------|-----------|
| מס' רישיון:     | 83953          | שם המעבדה: | המבדקה הכימית בע"מ ח.פ.: | 512608183 |
| שם מנהל התאגיד: | אליהו פיימן    | ת"ז:       | מספר מעבדה               | 29        |
| שם מנהל המעבדה: | אריאלה כפיר    | ת"ז:       | לפי הרשות:               |           |
| כתובת:          | קיבוץ בית העמק | ישוב:      | קיבוץ בית העמק           |           |


#### פרטי עובדי המעבדה

| שם         | ת"ז       |
|------------|-----------|
| רבקה ליבנט | 309655470 |

#### תנאי הרישיון:

- בעל רישיון זה רשאי לבצע בדיקות מעבדה לדגימות אוויר באמצעות עובדי המעבדה שפרטיהם מופיעים ברישיון זה ובכפוף להוראות החוק.
- הרישיון מותנה בכך שכל אחד מבין עובדי המעבדה שפרטיהם מופיעים ברישיון זה מועסק על ידי מעבדת האנליזה בעלת רישיון זה.
- הרישיון בתוקף כל עוד מתקיימים התנאים לקבלתו לפי סעיף 19 לחוק, והרישיון לא הותלה לפי סעיף 32 לחוק.
- על בעל הרישיון לדווח למנהל לאתגר אם חדל להתקיים בו או בעובד מעבדה תנאי מהתנאים לקבלת הרישיון לפי החוק או לפי תקנות למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק (בקשה לרישיון עוסק באסבסט ותנאים נוספים), תשע"ג-2012, ועל כל שינוי מהפרטים המופיעים בבקשה לרישיון.
- הרישיון בתוקף כל עוד קיימת הסמכה למעבדה מאת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות לפי "תקן VDI 3492" משנת 2013 בנוסחו המעודכן מעת לעת, לביצוע בדיקות אנליזה לדגימת אוויר  
Indoor air measurement  
Ambient air measurement  
Measurement of inorganic fibrous particles  
Scanning electron microscopy method
- כל בדיקת מעבדה שיבצע בעל הרישיון תהיה תחת הסמכה לפי השיטה המפורטת בסעיף 5 לעיל.
- בכל מבדק הסמכה של הרשות הלאומית להסמכת מעבדות המתקיים אצל בעל הרישיון, יהיו נוכחים כל עובדי המעבדה שפרטיהם מופיעים ברישיון זה.
- בעל הרישיון ישלח לאתגר הודעה באמצעות דואר אלקטרוני לאגף אסבסט ורישום כימיקלים לכתובת [asbest@sviva.gov.il](mailto:asbest@sviva.gov.il) עם פרטי הדוגם ונתוני הדגימה, במקרים הבאים:
  - בכל מקרה בו מתקבלת תוצאת דיגום אוויר של סיבי אסבסט גבוהה מ 600 סיב / מ"ק.
  - בכל מקרה בו משך הדיגום קצר מהקבוע בשיטה - 8 שעות.
  - כל תצפית חריגה בדגימה שנבדקה, כפי שקבוע בשיטה (למשל, מיעוט חריג של חלקיקים בפילטר).

תוקף הרישיון: 22/5/2027

  
רעות רבי  
מנהלת רישוי אסבסט

22/5/2022  
תאריך

